

ONETOUCH[®]

Select Plus Flex

Sistema para la monitorización
de glucosa en sangre




**Manual del
usuario**

Instrucciones
de uso

Contenido cubierto por una o más de las siguientes patentes de EE. UU.: 5,708,247, 5,951,836, 6,241,862, 6,284,125, 7,112,265, 7,462,265 y 7,807,031. El uso del dispositivo de control indicado en este documento está protegido por una o más de las siguientes patentes de EE. UU.: 6,413,410, 6,733,655, 7,250,105, 7,468,125, 8,066,866 y 8,093,903. La compra de este dispositivo no otorga una licencia de uso bajo estas patentes. Dicha licencia se concede únicamente cuando el dispositivo se utiliza con las tiras reactivas OneTouch® Select® Plus. Ningún proveedor de tiras reactivas distinto de LifeScan está autorizado a otorgar dicha licencia. LifeScan no ha evaluado la exactitud de los resultados generados con los medidores de LifeScan utilizando tiras reactivas de otros fabricantes.


Los dispositivos de autodiagnóstico para la monitorización de glucosa en sangre de LifeScan cumplen las siguientes Directivas de la UE:

IVDD (98/79/EC):

 Medidor de glucosa en sangre, tiras reactivas y solución control
0344

MDD (93/42/EEC):

 Lancetas
0120

 Dispositivo de punción

RED (2014/53/EU):

 Medidor de glucosa en sangre

Por favor, póngase en contacto con nuestra Línea de Atención Personal OneTouch® llamando al teléfono gratuito 900 100 228. Horario de atención telefónica, laborables de Lunes a Viernes, de 9:00 a 19:00h



AW 06989504B

© 2015-2019 LifeScan, Inc.

Fecha de revisión: 03/2019

LifeScan 



LifeScan Europe GmbH
Gubelstrasse 34
6300 Zug
Switzerland

ONETOUCH[®]

Select Plus Flex

Sistema de controlo de glicose no sangue



Manual do Utilizador

Instruções
de Utilização





AW 06989504B

O conteúdo está protegido por uma ou mais das seguintes patentes dos EUA: 5,708,247, 5,951,836, 6,241,862, 6,284,125, 7,112,265, 7,462,265 e 7,807,031.

A utilização do dispositivo de controlo incluído no presente está protegida ao abrigo de uma ou mais das seguintes patentes dos EUA: 6,413,410, 6,733,655, 7,250,105, 7,468,125, 8,066,866 e 8,093,903. A compra deste dispositivo não concede uma licença de utilização ao abrigo destas patentes. Essa licença é concedida apenas quando o dispositivo é utilizado com a Tira de teste OneTouch® Select® Plus. Nenhum fornecedor de tiras de teste que não seja a LifeScan está autorizado a conceder essa licença. A exatidão dos resultados gerados com os medidores LifeScan utilizando tiras de teste fabricadas por qualquer outra empresa que não seja a LifeScan não foi avaliada pela LifeScan.

Os dispositivos para auto-monitorização da glicose no sangue da LifeScan estão em conformidade com as seguintes Diretivas da UE:

IVDD (98/79/EC):



  Medidor de glicose no sangue, tiras de teste e solução de controlo
0344

MDD (93/42/EEC):

  Lancetas
0120

  Dispositivo de punção

RED (2014/53/EU):

  Medidor de glicose no sangue

Serviço de Apoio a Clientes
OneTouch® 800 201 203
(chamada gratuita). Horário de funcionamento, dias úteis, das 09:00 às 18:00.



AW 06989504B

© 2015-2019 LifeScan, Inc.

Data da rev.: 03/2019

LifeScan 



LifeScan Europe GmbH
Gubelstrasse 34
6300 Zug
Switzerland